

质检报告

【产品名称】: Carrier RNA

【生产批号】: JJ240100

【有效日期】: 2023.04.23

【报告日期】: 2022.03.11

Carrier RNA 理化检测		
检验项目	标准规定	检验结果
性状	白色冻干粉	符合规定
溶液澄清度	应澄清	符合规定
Carrier RNA 功能检测		
检验项目	标准规定	检验结果
Carrier RNA 冻干定量检测	复溶后, 测量 OD 值, 与分装量要一致	通过
柱法提取试剂的效果	与对照组相比, 添加组能明显提升 C T 值, 至少 1 - 2 C t . 且对照组提取效果与添加组提取效果一致	通过
纯化浓度检测	Qubit 读数不超过 0.2ng/ul	通过
对 Real Time PCR 抑制作用	无抑制作用	通过
聚合度	100~5000nt, 主要聚合片段 (100-2000nt) 占比大于 60%	通过
检测结论	检验结果均通过	
出货前检验		
检验项目	标准规定	检验结果
外观	批号需与检测报告一致	通过
功能检测检验人	梁云乔	功能检测复核人
出货检验人	黄少松	质量负责人

